

新臨技発第 105 号

令和 3 年 2 月 4 日

精度管理 施設担当者 様

(一社) 新潟県臨床検査技師会

会 長 渡邊博昭

新臨技精度管理委員長

坂西 清

令和 2 年度 新潟県精度管理調査 施設別報告書の修正について (お知らせ)

謹啓 余寒の候、各位にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素より当会の運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和 2 年度新潟県臨床検査精度管理調査の施設別報告書が令和 3 年 2 月 1 日より、日本臨床検査技師会のシステム (JAMT QC) にてダウンロードが可能となっておりますが、一部の評価項目においてシステムの設定に誤りがあることが判明いたしました。(下記、修正箇所参照)。現在は再度、システムを設定し直し、評価項目においては正しく評価されております。

つきましては、下記の日程の間、施設別報告書をダウンロードされた施設におかれましては、再度、施設別報告書のダウンロードをお願いいたします。

お手数おかけし誠に申し訳ございませんが何卒よろしくお願いいたします。

◎施設別方法ダウンロード開始可能日 (修正後) : 令和 3 年 2 月 4 日～

※2 月 1 日～3 日にダウンロードされたご施設は、再度ダウンロードをお願いします。

◎システム修正箇所 :

- ① 一般フォトサーベイにて正解率 80%未満である設問 11 が評価されていた。
設問 11 は正解率 80%未満ですので全施設、評価対象外となります。
- ② UN にてシステム設定が、試薬別評価になっており SDI が記載されていない施設があった。正しくは全メーカー集計での評価となります。現在は正しく設定されております。

(連絡先) 〒948-0065 十日町市高田町三丁目南 32 番地 9

新潟県立十日町病院

検査科 草間 孝行

Mail : kensa@tokamachi-hosp-niigata.jp